

Příloha č. 1 Protokolu o zkouškách LN 2240/23

Zkušební metoda: KM 27 Stanovení vitaminů a jejich forem metodou LC-MS

Výsledky zkoušek:

Analyt	Výsledek	Rozšířená nejistota	Jednotky	Zkušební metoda	Hodnocení výsledků	Limit	Poznámka
nikotinamid mononukleotid (NMN)	99,2	2.0	% hm.	LC-MS	X	-	-

Specifikace použité pro hodnocení výsledků: -

Uvedená rozšířená nejistota byla vypočtena s použitím koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %. Při výpočtu a uvádění nejistot se postupuje podle dokumentu ILAC G17:01(2021) a příručky Kvalimetrie 11 (EURACHEM/CITAC 4). Uváděné nejistoty nezahrnují nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušek se týkají pouze uvedeného zkušební vzorku, jak byl laboratoři přijat. Bez písemného souhlasu Metrologické a zkušební laboratoře nelze Protokol o zkouškách včetně příloh kopírovat jinak než celý. Protokol o zkouškách nenahrazuje žádné jiné právní dokumenty. Laboratoř nenes odpovědnost za informace dodané zákazníkem, pokud mohou mít vliv na platnost výsledků.

Konec přílohy